

Ashcroft Instruments GmbH
Max-Planck-Straße 1
52499 Baesweiler

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
declares in sole responsibility that the products marked with CE
déclare en toute responsabilité que les produits avec le marquage CE

Gerät:*Equipment:**Produit:***Manometer Typ***Pressuer gauge model**Modèle de manomètre*

1005, 1008, 1009, 1010, 1017, 1032, 1036, 1082, 1084, 1088, 1130,
1131, 1132, 1133, 1134, 1140, 1141, 1187, 1188, 1189, 1220, 1279,
1288, 1320, 1377, 1379, 1389, 2462, 3003, 3005, 5008, F5503,
F5503-HP, F5509, F5512, F6509, T5500, T6500, T50, T60, P5500 /
P6500, 10-1037, 15-1037, 20-1037, 50-1037, 75-1037, Weksler Type
UA, UG1, UG2, UG3, UG4

Kennzeichnung:*Marking:**Marquage:*

(1) 

Herstellungsdatum: ab 02.08.2021*Date of manufacture:* from 02.08.2021*Date de fabrication:* à partir de 02.08.2021

die grundlegenden Sicherheits- und Schutzanforderungen erfüllen, in Übereinstimmung mit den unten genannten Richtlinien und Normen. Die Konformitätsaussage bezieht sich auf die Konzeption und Fertigung der oben genannten Produkte.

the fundamental safety and protection requirements passed in accordance with the guideline and standards listed below. This declaration of conformity refers to the design and manufacture of the above products.

ont passé les exigences fondamentales de sécurité et de protection en accord avec les règles directrices et les normes listées ci-dessous. Cette déclaration de conformité se réfère à la conception et à la fabrication des produits décrits ci-dessus.

Richtlinie <i>Directive</i>	⁽¹⁾ 2014/68/EU „Druckgeräterichtlinie“ „Pressure Equipment Directive“ „Directive des équipements sous pression“
Angewendete Prüfnormen: <i>Used test standards:</i> <i>Normes de référence des tests:</i>	EN 837-1:1996 oder ASME B40.100:2013

- (1) **CE Kennzeichnung** bei PS >200 bar und V <0,1l, gemäß Anhang II, Art.4, Diagr.1, „Drucktragende Ausrüstungsteile“, Modul A.

CE marking for PS >200 bar and V <0.1l, according to Annex II, Art.4, Diagr.1, "Pressure Accessories", Module A.

Marquage CE pour PS >200 bar et V <0,1l, conformément à l'annexe II, art.4, diagr.1, "Pièces d'équipement supportant la pression", module A.

Keine CE Kennzeichnung „Gute Ingenieurpraxis“ (Art.4, Abs.3)

bei PS ≤200 bar und V ≤0,1l, gemäß Anhang II, Art.4, Diagr.1.

No CE marking "Sound engineering practice" (Art.4, para.3) for PS ≤200 bar and V ≤0.1l, according to Annex II, Art.4, Diagr.1.

Pas de marquage CE "Bonnes pratiques d'ingénierie" (art.4, par.3) à PS ≤200 bar et V ≤0,1l, conformément à l'annexe II, art.4, diagr.1.

Baesweiler, den 01.12.2022

Ort und Datum

Place and date

Werksleiter
Operation Manager